

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – NEPOMUCENO - MG****(AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N.º 013/97)****CNPJ-02.230.481/0001-57 - INSC. EST. – ISENTO****Praça Cônego Menezes, 246 – CEP 37.250-000****Fone Fax.: (35)3861-2066 - Nepomuceno/MG****AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 002/2019**

**SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Nepomuceno – MG**, por meio da C.P.L, torna público, para fins de conhecimento dos interessados, que está aberto o processo licitatório **007/2019**, Pregão Presencial **002/2019**. Objeto: **Aquisição bomba peristáltica 7 bar vazão 0.1 a 500ml/min.** - Regime menor preço por item, Abertura será dia **28/01/2019** as 13:00. Maiores informações (35)3861-2066, Edital completo solicitar pelo E-mail [compraselicitacao@saaenep.com.br](mailto:compraselicitacao@saaenep.com.br) Nepomuceno 11/01/2019 – Pregoeiro. – Edivaldo José Dias. Registra-se e Publique-se

**1.1 – O objeto deste Pregão é o para AQUISIÇÃO BOMBA PREISTALTICA 7 BAR**, em atendimento à solicitação do Serviço de Manutenção do sistema de Água

Item	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.
1.	Bomba peristáltica de vazão de 0,1ml/minuto a 500ml/min ou mais, a pressão mínima de 7 bar (100psi)	pç	01
	<b>Principais características:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fluxo exato, linear e repetitivo;</li><li>• Sensor de ruptura de vazamento para uma eventual falha;</li><li>• Controle de velocidade digital e preciso;</li><li>• Motor DC sem escova, que garante maior precisão e controle;</li><li>• Mangueiras compatível com PAC – policloreto de alumínio;</li><li>• Precisão de <math>\pm 1\%</math> e repetibilidade <math>\pm 0,5\%</math> do valor dosado;</li><li>• Monitor de 3,5” ou maior (colorido) que fornece informações da bomba (bomba operando /bomba parada/aviso de falha);</li><li>• Sistema de recuperação de fluidos que garante a segurança do operador, evita resíduos químicos e desperdícios, retornando o produto ao reservatório por meio da inversão do sentido de rotação da bomba;</li><li>• Mudança rápida dos conectores hidráulicos;</li><li>• Monitor em língua portuguesa (Brasil), com diferentes unidades de vazão para escolher;</li><li>• Sem a necessidade de válvulas ou equipamentos auxiliares, tais como válvulas de pé, de retenção, etc;</li><li>• Função Auto –restart, da qual a bomba retorna à operação normal quando da queda de energia;</li><li>• Função de Bloqueio do teclado para segurança do processo;</li><li>• Calibração simples e intuitiva</li><li>• Invólucro à prova d’água / poeira;</li><li>• Nível de humidade (sem condensação) de 5% a 95%;</li></ul>		



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – NEPOMUCENO - MG**

**(AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N.º 013/97)**

**CNPJ-02.230.481/0001-57 - INSC. EST. – ISENTO**

**Praça Cônego Menezes, 246 – CEP 37.250-000**

**Fone Fax.: (35)3861-2066 - Nepomuceno/MG**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura 0° C a 30C°;</li><li>• Nivel de Ruído &lt;70dB (A) a 1m;</li><li>• Alimentação monofásica 110/220V (Bivolt);</li><li>• Teclado protegido;</li><li>• Eixo do motor em aço;</li><li>• Rotor compatível com PAC;</li><li>• Conectores compatível PAC;</li></ul>		
--	--	--	--

Mais informações e Edital completo junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, à Praça Cônego Menezes, 246, Centro, pelo telefone (35)3861-2066 e 2161 e [compraslicitacao@saaenep.com.br](mailto:compraslicitacao@saaenep.com.br).

Nepomuceno, 11 de janeiro de 2019

**EDIVALDO JOSÉ DIAS**  
**PREGOEIRO**